

시험성적서

TEST REPORT

주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 회학3길 56-20
 전 화 번 호 : TEL 052-247-8435(代), FAX 052-247-8420 URL : www.ts-ei.com

성 적 서 번 호 : TSEI-2021-0865-1
 기 관 명 : 광양시 물관리센터
 주 소 : 전라남도 광양시 광양읍 직동2길 113
 시 료 명 : 부지경계
 시 험 환 경 : 온도 (24±5) °C, 상대습도 : (50±10) %

채 취 일 자 : 2021. 06. 10
 의 퇴 일 자 : 2021. 06. 10
 시 험 기 간 : 2021. 06. 10 ~ 2021. 06. 11
 시험성적서의 용도 : 참고용

시험결과

판정요원	희석배수							판정원의 감지값	최대·최소 제외	시 험 방 법
	10 (1차)	10 (2차)	30	100	300	1 000	3 000			
E.B.AN	O	O	X					10	최대 (제외)	국립환경과학원고시 제2019-17호 (2019. 05. 27) ES 09301.b 공기희석관능법
N.R.PARK	O	O	X					10	최소 (제외)	
J.H.JUNG	O	O	X					10		
S.H.BYUN	O	O	X					10		
M.J.CHOI	O	O	X					10		

※ Sensory detection threshold


Sample No.	Odor exhaust permission standard (Industry area outlet)	Sensory detection threshold (Dilution ratio)	판정결과
부지경계	Limit dilution ratio of 15 below the detection	10	적합

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 의뢰자의 요청, 당 연구소의 인정범위 외 시험 등의 사유로 비공인성적서로 발행되었습니다.
 4. 성적서 진위확인 여부 서비스 제공 대표전화: +82 52-247-8435

확 인	시험자	기술책임자
	성 명 : 차명진 차명진 (서명)	성 명 : 박옥진 박옥진 (서명)

2021. 06. 11

(주)태성환경연구소



시험성적서

TEST REPORT

주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 회화3길 56-20

전화번호 : TEL 052-247-8435(대), FAX 052-247-8420 URL : www.ts-ei.com

성적서번호 : TSEI-2021-1395-4

기관명 : 광양시 물관리센터

주 소 : 전라남도 광양시 광양읍 직동2길 113

시 료 명 : 생활폐기물과 입구

시험환경 : 온도 (24±5) °C, 상대습도 : (50±10) %

채취일자 : 2021. 09. 13

의뢰일자 : 2021. 09. 13

시험기간 : 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 14

시험성적서의 용도 : 참고용

시험결과

판정요원	희석배수							판정원의 감지값	최대·최소 제외	시험방법
	10 (1차)	10 (2차)	30	100	300	1 000	3 000			
E.B.AN	O	O						10	최대 (제외)	국립환경과학원고시 제2019-17호 (2019. 05. 27) ES 09301.b 공기희석관능법
N.R.PARK	O	O						10		
J.H.JUNG	X	X						3		
S.H.BYUN	X	X						3	최소 (제외)	
M.J.CHOI	X	X						3		

※ Sensory detection threshold

Sample No.	Odor exhaust permission standard (Industry area outlet)	Sensory detection threshold (Dilution ratio)	판정결과
생활폐기물과 입구	Limit dilution ratio of 15 below the detection	4	적합

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서는 의뢰자의 요청, 당 연구소의 인정범위 외 시험 등의 사유로 비공인성적으로 발행되었습니다.

4. 성적서 진위확인 여부 서비스 제공 대표전화 : +82 52-247-8435

확 인	시험자	기술책임자
	성 명 : 차명진 	성 명 : 박옥진 

2021. 09. 14

(주)태성환경연구소

